

Warszawa, dn. 06.08.2018 r.

**STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO
WWW.ZOZWOLA.PL**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście”, znak sprawy 15/2018.

**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DLA CZĘŚCI NR 2**

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na w/w przedmiot zamówienia, jako najkorzystniejszą w części zamówienia nr 2 wybrano:

— ofertę złożoną przez: PHU Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, za cenę brutto 1 866,24 zł.

Uzasadnienie prawne: Art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert i otrzymała w kryterium cena: 60 pkt, w kryterium gwarancja: 40 pkt, łącznie oferta otrzymała: 100,00 pkt.

W przedmiotowym postępowaniu dla części zamówienia nr 2 oferty złożyli ponadto następujący Wykonawcy:

- Ronomed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław. Oferta otrzymała w kryterium cena: 49,74 pkt, w kryterium gwarancja: 40 pkt, łącznie oferta otrzymała: 89,74 pkt.
- Meden – Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin. Oferta została odrzucona.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Wykonawca zaoferował model lampy Sollux, który nie spełnia wymaganego przez zamawiającego parametru automatycznego odmierzania czasu naświetlania: 10,15,20,25 min. Wezwany do wyjaśnień treści oferty dla pakietu nr 2 Wykonawca potwierdził, że zaoferował niewłaściwy model lampy.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


DYREKTOR
Lucyna Kasprowicz