



Warszawa, dnia 17.09.2018 r.

Do wszystkich zainteresowanych
Wykonawców

**PYTANIA DO SIWZ ORAZ WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
ZMIANA TREŚCI SIWZ**

*Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Sukcesywne dostawy jednorazowych narzędzi i akcesoriów medycznych, II, znak sprawy 20/2018.*

Zamawiający informuje, że do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), dot. przetargu jw., wpłynęły pytania Wykonawców. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przekazuje treść pytań oraz wyjaśnienia:

PYTANIE nr 1

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wpisze stosowne dane do umowy z Wykonawcą.

PYTANIE nr 2 Dotyczy Pakietu nr 1 – ustniki Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie Ustników jednorazowych indywidualnie pakowane do aparatu Lungtest 1000, w opakowaniach a`50 szt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE nr 3 Dotyczy Pakietu nr 2 – ustniki

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie Ustników jednorazowych indywidualnie zapakowane do aparatu Lungtest 1000, w opakowaniach a`50 szt. z przeliczeniem ilości na 10 op.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE nr 4 Dotyczy Pakietu nr 3 – osłonki usg

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania osłonek konfekcjonowanych w opakowaniach a`144 szt. , z przeliczeniem ilości na 32 op.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 4 dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w **zakresie załącznika nr 4.3 do siwz.**

PYTANIE nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania osłonek w aluminiowym blistrze.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE nr 6 Pakiet 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 4 dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w **zakresie załącznika nr 4.3 do siwz.**

Pozostałe zapisy siwz, **w tym termin składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.**
Załącznik nr 4.3 do siwz dla pakietu nr 3 po zmianie – w załączeniu niniejszego pisma.

DYREKTOR

Lucyna Kasprovicz

Pakiet nr 3 - osłonki usg

Lp	Opis przedmiotu zamówienia*	Jm	Ilość	cena jednostkowa netto	łączna wartość netto	stawka VAT	łączna cena brutto	Nazwa handlowa / Producent / Numer katalogowy
1	Osłonka na sondę usg transwaginalną, z naturalnego lateksu, sucha, pudrowana, średnica 34 mm, każda sztuka pakowana pojedynczo w folię, op. 144 szt.	op.	31					
			Łącznie					

.....dnia.....

Słownie złotych brutto:.....

.....

Podpis Wykonawcy