



Warszawa, dnia 07.05.2019 r.

SPZOZ/WWŚ/Z/V/01/ 274/2019

Do wszystkich zainteresowanych
Wykonawców

PYTANIA DO SIWZ ORAZ WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

*Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Sukcesywne dostawy jednorazowych narzędzi i akcesoriów medycznych, II, znak sprawy 13/2019.*

Zamawiający informuje, że do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), dot. przetargu jw., wpłynęły pytania Wykonawców. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przekazuje treść pytań oraz wyjaśnienia:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu nr 1

Czy w związku z brakiem wymogu mikrobiologicznej czystości co do ustników jednorazowych zarówno w polskich przepisach jak i przepisach UE, zamawiający dopuści ustniki jednorazowe, do spirometru Lungtest 1000, pakowane indywidualnie, bez certyfikatu mikrobiologicznej czystości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ustników jednorazowych do spirometru Lungtest 1000 bez certyfikatu mikrobiologicznej czystości. Jednocześnie podkreślamy, że każdy ustnik musi być oddzielnie zapakowany w foliowej osłonce, co ma na celu zapewnienie pełnej czystości ustników i zagwarantowanie higieny na najwyższym poziomie podczas badania pacjenta.

DYREKTOR

Lucyna Kasprovicz