

Warszawa, 25.03.2024

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania na „Dostawę mebli metalowych oraz mebli medycznych do Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście nr sprawy: 16/2024.

Pytanie nr 1

Jesteśmy producentem mebli metalowych czy możemy zaproponować w pakiecie 1 regal o wymiarach

- szerokość : 900mm
- głębokość 300 lub 400 mm
- wysokość 1950 mm
- płytę mdf o udźwigu 150 kg/1 polka

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż szerokość 900mm jest za duża na nasze potrzeby. Zamawiający dopuści płytę MDF

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści poniżej opisany wózek 2 - półkowy? Opisany w zaproszeniu wózek nie jest już produkowany.

Stolik zabiegowy posiada metalowe półki oraz uchwyty do prowadzenia. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej. Podstawa mobilna wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą.

Wymiary:

- Wysokość: 94,5 cm
 - Długość: 90,5 cm
 - Szerokość: 58,5 cm
 - Stal nierdzewna
- Wykonany ze stali nierdzewnej
 - 2 półki wyłożone od spodu materiałem dźwiękochłonnym
 - Odległość między półkami 550 mm
 - Maksymalne równomierne obciążenie półki - 50 kg
 - Wyposażony w 4 skrętne kółka, 2 z hamulcami
 - Zaokrąglone krawędzie

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy zapytania ofertowego bez zmian. Nie wyraża zgody na dostawę opisanego w pytaniu wózka